



**BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIM İLANI**

FR 3.6.1_11

Satın Alan Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı		
Talep Eden Birim	Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi		
Alım şekli	Doğrudan temin		
Talep Eden Birim Sorumlusu	Halil İbrahim AKYILDIZ	Tel : 0224 294 19 20	
Satın Alma Memuru	Müge B. TORUN	Tel : 0224 294 02 92	
		Faks : 0224 294 04 54	
		E-posta: satinalma@uludag.edu.tr	

Sıra No	Mal ve Malzemenin Cinsi	Mal ve Malzemenin Özellikleri	Miktarı
1-	Sarf malz. satın alınması	Teknik şartnamede belirtilmiştir.	7 kalem

Başkanlığımız bünyesinde aşağıda belirtilen şartlar ve teknik şartname dâhilinde malzeme alımı yapılacaktır.

- 1- Teklifler **26/ 11 /2025 tarih ve saat 17:00'ye** kadar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na elden teslim edilebileceği gibi posta ve faks yoluyla da gönderilebilir. Faks gönderilmesi halinde, teklif mektubunun ıslak imzalı aslı da akabinde gönderilecektir.
- 2- ~~Kısmi teklif verilmeyecektir.~~/Kısmi teklif verilebilir.
- 3- Mal ve malzemenin tedarikine ilişkin her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.
- 4- Teklifler **KDV hariç** olarak **TL** cinsinden verilecektir.
- 5- Tekliflerin, idare tarafından standart hale getirilen ve aşağıda bulunan Teklif Mektubu formunun eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir.
- 6- Teklif verilirken teklif mektubunun üzerine ürünün marka, model bilgisi yazılacaktır.

**Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü – İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü
16059 Nilüfer / BURSA**

Tel : 0224 294 02 92

Faks : 0224 294 02 54



**BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIM İLANI**

FR 3.6.1_11

**BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
(Satın Alma Müdürlüğüne)**

Tarih: .../.../....

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;	
Adı ve Soyadı	
Firma Adı	
Açık Tebligat Adresi	
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası	
Telefon ve Faks Numarası	
Elektronik Posta Adresi	

Sıra No	Mal ve Malzemenin Adı	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam (TL)
1	Sarf malzeme satın alınması	7 kalem		
2				
3				
4				
5				

- Yukarıda belirtilen (...23... kalem) mal ve malzeme alımına ait teklifimizi **KDV hariç** TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.
- Teklifimiz .../.../.... tarihine kadar geçerlidir.
- Söz konusu mal ve malzemeler idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
- 6502 Sayılı Tüketici Koruması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal ve malzemelerin garanti kapsamında olduğunu taahhüt ediyorum.
- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını:
☐ Kabul ediyorum.
☐ Kabul etmiyorum.

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı :

İmzası :

Firma Kaşesi :



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIM İLANI

FR 3.6.1_11

Sıra No	Mal/Malzeme Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ORGANOKLORLU BİLEŞİK MİX ÇÖZELTİSİ	1	adet		
2	VOC (Uçucu Organik Bileşikler) MİX ÇÖZELTİSİ	1	adet		
3	ICP-MS KALİBRASYON MIX SET	1	adet		
4	SHIMADZU SAMPLE FOR INSTALLATION OF ESI/APCI/DUIS	1	adet		
5	SHIMADZU TQ STANDARD SAMPLE FOR AUTO-TUNING, 0.2L	1	adet		
6	SHIMADZU SAMPLE OFN 1PPB	1	adet		
7	SHIMADZU CAF. WATER (5	1	adet		
TOPLAM TUTAR					

ORGANOKLORLU BİLEŞİK MİX ÇÖZELTİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Perkinelmer marka Clarus 680 GC cihazının kalibrasyonu için uygun olmalıdır.
2. En az 1 yıllık kullanım süresi olmalıdır.
3. Standart ile cihazın kalibrasyon işlemini yüklenici firma ücretsiz olarak gerçekleştirmelidir.
4. Kalibrasyon işlemi sonrası IPV dosyası verilmelidir.
5. Kalibrasyon çözeltisi ile cihaz kalibrasyonunu yapacak yüklenici firma personeli, yapılacak iş ile ilgili eğitimleri üretici firmadan almış olması gereklidir.

VOC (Uçucu Organik Bileşikler) MİX ÇÖZELTİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Perkinelmer marka Clarus 680 GC + turbomatrix 350 ATD thermal desorber cihazının kalibrasyonu için uygun olmalıdır.
2. En az 1 yıllık kullanım süresi olmalıdır.
3. Kalibrasyon işlemi sonrası IPV dosyası verilmelidir.
4. Standart ile cihazın kalibrasyon işlemini yüklenici firma ücretsiz olarak gerçekleştirmelidir.
5. Kalibrasyon çözeltisi ile cihaz kalibrasyonunu yapacak yüklenici firma personeli, yapılacak iş ile ilgili eğitimleri üretici firmadan almış olması gereklidir.

ICP-MS KALİBRASYON MİX SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Perkinelmer marka Nexion 350X ICP-MS cihazının kalibrasyonu için uygun olmalıdır.
2. En az 1 yıllık kullanım süresi olmalıdır. Nexion KED setup + Nexion setup + en az 14 bileşen içeren ICP-MS calibration mix standartlarını içeren bir set olmalıdır.
3. Standart ile cihazın kalibrasyon işlemini yüklenici firma ücretsiz olarak gerçekleştirmelidir.
4. Kalibrasyon işlemi sonrası IPV dosyası verilmelidir.
5. Kalibrasyon çözeltisi ile cihaz kalibrasyonunu yapacak yüklenici firma personeli, yapılacak iş ile ilgili eğitimleri üretici firmadan almış olması gereklidir.



Doç. Dr. Halil İbrahim AKYILDIZ
Müdür Yardımcısı

Tune Çözültisi Teknik Şartnamesi

1. Shimadzu marka LCMS 8060 model LCMSMS cihazının kalibrasyonu için uygun olmalıdır, bu durumu yüklenici firma sertifika ile belgelemelidir.
2. Katalog numarası 225-14122-01 olmalı ve en az 6 aylık geçerlilik tarihi olmalıdır.
3. Solüsyon ile cihazın kalibrasyon işlemini yüklenici firma ücretsiz gerçekleştirmelidir.
4. Yüklenici firma Shimadzu marka cihazlara satış ve teknik servis hizmeti verebilmek için yetki belgesine sahip olmalıdır.

Reserpine Standart Çözültisi Teknik Şartnamesi


1. Shimadzu marka LCMS 8060 model LCMSMS cihazının kalibrasyonu için uygun olmalıdır, bu durumu yüklenici firma sertifika ile belgelemelidir.
2. Katalog numarası 225-06613-14 olmalı ve en az 6 aylık geçerlilik tarihi olmalıdır.
3. Standart ile cihazın kalibrasyon işlemini yüklenici firma ücretsiz gerçekleştirmelidir.
4. Yüklenici firma Shimadzu marka cihazlara satış ve teknik servis hizmeti verebilmek için yetki belgesine sahip olmalıdır.

OFN Standart Çözültisi Teknik Şartnamesi

1. Shimadzu marka GCMS cihazının kalibrasyonu için uygun olmalıdır, bu durumu yüklenici firma sertifika ile belgelemelidir.
2. Katalog numarası 225-09558-02 olmalıdır ve en az 1 yıllık geçerlilik tarihi olmalıdır.
3. Standart ile cihazın kalibrasyon işlemini yüklenici firma ücretsiz gerçekleştirmelidir.
4. Yüklenici firma Shimadzu marka cihazlara satış ve teknik servis hizmeti verebilmek için yetki belgesine sahip olmalıdır.

Kafein Standart Çözültisi Teknik Şartnamesi

1. Shimadzu marka LC-2030C model HPLC cihazının kalibrasyonu için uygun olmalıdır, bu durumu yüklenici firma sertifika ile belgelemelidir.
2. Katalog numarası 228-67619-41 olmalıdır ve en az 1 yıllık geçerlilik tarihi olmalıdır.
3. Standart ile cihazın kalibrasyon işlemini yüklenici firma ücretsiz gerçekleştirmelidir.
4. Yüklenici firma Shimadzu marka cihazlara satış ve teknik servis hizmeti verebilmek için yetki belgesine sahip olmalıdır.


Doç. Dr. Halil İbrahim AKYILDIZ
Müdür Yardımcısı